

Przemyśl, 21.04.2023

Wykonawcy, którzy pobrali zaproszenie
na dostawę artykułów medycznych
do ZOL w Przemyślu
ze strony internetowej

Wykonawcy, którzy złożyli zapytanie do
Zamawiającego dot. przedmiotu zamówienia.

Dotyczy zapytań przesłanych do Zamawiającego

Pytania z dnia 21.04.2023r.

1. W związku z tym, że Zapytanie ofertowe nie znajduje zastosowania do udzielania zamówień, które podlegają obowiązkowi stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) prosimy o umożliwienie złożenia oferty cenowej na wybrane pozycje w zakresie cz.II lub o wydzielenie poz. 9,13,18,19,44 i stworzenie z w/w pozycji osobnego pakietu.

ODPOWIEDŹ: Nie wyrażamy zgody na wydzielenie pojedynczych pozycji.

2. poz. 13

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 75 szt. lub 80 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

ODPOWIEDŹ: Tak dopuszczamy.

3. poz. 20

Czy zamawiający dopuści dren o dł. min.200 cm?

ODPOWIEDŹ: Nie, specyfikowana jest inna długość.

4. poz. 44

Czy zamawiający dopuści przyrząd bez skrzydełek dociskowych?

ODPOWIEDŹ: Nie, specyfikowany jest przyrząd ze skrzydełkami.

5. poz. 61

Czy zamawiający dopuści worek do zawieszenia na wieszak ?

ODPOWIEDŹ: Nie, specyfikowany jest worek mocowany na nogę.