

Zakład Opiekuńczo-Lecznicy

37-700 Przemyśl, ul. Jasińskiego 15
tel. 016-678-30-38, 016-678-30-39
tel./fax 016-678-89-45
REGON 000292681, NIP 795-20-71-181

Przemyśl, 31.10.2024r.

Wykonawcy, którzy pobrali dokumenty na Dostawę sprzętu ze strony internetowej www.zolprzemysl.pl

Wykonawcy, którzy złożyli zapytanie do Zamawiającego dot. treści ZO/9/2024

Wykonawcy którzy złożyli oferty w ww. postępowaniu

Dotyczy zapytań przesłanych do Zamawiającego

Pytanie 1

Dotyczy pakietu: Część I Sprzęt pomocniczy (Załącznik 2.1) / Pozycja 4

Prosimy Zamawiającego o zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 40 dni od daty ogłoszenia wyniku postępowania.

Odpowiedź: Tak zgadzamy się na wydłużenie terminu.

Pytanie 2

Dotyczy pakietu: Część II Sprzęt i wyroby medyczne (Załącznik 2.2) / Pozycja 2 i 4

Prosimy Zamawiającego o sprawdzenie czy nie doszło do omyłki we wskazanych pozycjach – obie pozycje dotyczą tego samego asortymentu, różnią się zaś ilościowo.

**Odpowiedź: pozycja 2 materac przeciwodleżynowy rurowy,
pozycja 4 materac piankowy.**

Pytanie 3

Dotyczy pakietu: Część II Sprzęt i wyroby medyczne (Załącznik 2.2) / Pozycja 5

Zgodnie z informacją od Producenta, dostarczenie wskazanych łóżek w terminie wskazanym w niniejszym zapytaniu ofertowym tj: 30 dni nie jest możliwe. Deklarowany termin to druga połowa stycznia 2025 roku. Czy Zamawiający wydłuży termin dostawy dla pozycji 5 do 20 stycznia 2025? Jeśli Zamawiający nie odpowie pozytywnie, to wówczas prosimy Zamawiającego o zgodę na wydzielenie ww. asortymentu do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Tak zgadzamy się na wydłużenie terminu.

Pytanie 4

Dotyczy pakietu: Część IV Wyposażenie promorte - całość

Prosimy Zamawiającego o zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 6 tygodni od daty ogłoszenia wyniku postępowania. Z naszych informacji wynika iż jest to minimalny termin jaki jest możliwy do realizacji.

Odpowiedź: Tak zgadzamy się na wydłużenie terminu.

Dyrektor
Zakładu Opiekuńczo-Lecznicy
w Przemyślu

mgr Magdalena Anna Andrzejak